



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «НИИ ПИ»

141730, Московская область, город Лобня, улица Борисова, дом 14, корпус 2,
помещение 006, офис 1

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ38 от 2021-10-28



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «НИИ ПИ»

В.О. Мухортин

Мая 2022г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ

(анализа)

№17247-НИИПИ/22 от 03.05.2022

1	Объект	Картриджи для татуажа БРОВИ, серия «БРОВИ»
2	Заявитель	Индивидуальный предприниматель Куцеволова Анна Николаевна, Место нахождения: Россия, 199406, город Санкт-Петербург, улица Наличная, дом 26/4, Адрес места осуществления деятельности: Россия, 199406, город Санкт-Петербург Кожевенная линия, 34А,, ИНН: 233611054017, ОГРНИП: 319237500448935
3	Изготовитель	Индивидуальный предприниматель Куцеволова Анна Николаевна, Место нахождения: Россия, 199406, город Санкт-Петербург, улица Наличная, дом 26/4, Адрес места осуществления деятельности: Россия, 199406, город Санкт-Петербург Кожевенная линия, 34А,, ИНН: 233611054017, ОГРН: 319237500448935
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 17247 от 20 Апреля 2022 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	21 Апреля 2022 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	28 Апреля 2022 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	29 Апреля 2022 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 32.99.59-003-0152012427-2022 «Картриджи для татуажа БРОВИ. Технические условия»
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Тип изделия	с мембраной	с мембраной	ТУ 32.99.59-003-0152012427-2022
2	Конфигурация (тип спайки)	1RL (Round Liner)	1RL (Round Liner)	ТУ 32.99.59-003-0152012427-2022
3	Количество игл в пайке, шт.	1	1	ТУ 32.99.59-003-0152012427-2022
4	Тип заточки иглы	LT (long taper); MT (medium taper)	LT (long taper); MT (medium taper)	ТУ 32.99.59-003-0152012427-2022
5	Диаметр иглы, мм	0,25; 0,30; 0,35	0,25	ТУ 32.99.59-003-0152012427-2022
6	Длина трубки иглы, мм	В соответствии с рабочей документацией	Соответствует требованиям	ТУ 32.99.59-003-0152012427-2022
7	Тип иглы	обычная	обычная	ТУ 32.99.59-003-0152012427-2022
8	Материал: - корпус - игла	медицинский пластик нержавеющая сталь	медицинский пластик нержавеющая сталь	ТУ 32.99.59-003-0152012427-2022
9	Габаритные размеры изделия, мм	В соответствии с рабочей документацией	Соответствует требованиям	ТУ 32.99.59-003-0152012427-2022
10	Движение	Игла в корпусе и толкатель должны двигаться без заеданий и посторонних звуков	Соответствует требованиям	ТУ 32.99.59-003-0152012427-2022
11	Прочность соединения корпуса изделия и трубки иглы	Соединение корпуса и трубки иглы не должно разрушаться под действием силы, прикладываемой к трубке и корпусу в направлении их разъединения	Соответствует требованиям	ТУ 32.99.59-003-0152012427-2022
12	Дефекты наружной поверхности иглы	На наружной поверхности трубки иглы не должно быть обнаружено посторонних частиц, трещин, царапин и других видимых дефектов при осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрения с освещением от 300 до 700 люкс	Отсутствуют	ТУ 32.99.59-003-0152012427-2022
13	Острые иглы	Должно быть острым, без заусенцев при осмотре с 2,5-кратным увеличением	Соответствует требованиям	ТУ 32.99.59-003-0152012427-2022
14	Поверхности корпуса изделий	Не должны иметь зазубрин, заусенец, трещин, острых кромок,	Отсутствуют	ТУ 32.99.59-003-0152012427-2022

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
		сколов, а также механических повреждений, снижающих прочность, эксплуатационные качества и ухудшающих внешний вид изделий. На поверхности корпуса изделий не допускаются вздутия, раковины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов		
15	Острые кромки деталей, обработанных механическим способом	Должны быть притуплены, кроме мест, указанных в технической документации	Соответствует требованиям	ТУ 32.99.59-003-0152012427-2022

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Картриджи для татуажа БРОВИ, серия «БРОВИ», выпускаемые Индивидуальным предпринимателем Куцеволова Анна Николаевна, Место нахождения: Россия, 199406, город Санкт-Петербург, улица Наличная, дом 26/4, Адрес места осуществления деятельности: Россия, 199406, город Санкт-Петербург Кожевенная линия, 34А., ИНН: 233611054017, ОГРН: 319237500448935, **соответствуют:** ТУ 32.99.59-003-0152012427-2022 «Картриджи для татуажа БРОВИ. Технические условия».

Исполнитель



И.А. Минибаева

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «НИИ ПИ».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.

